

Bilaga A – Röntgenundersökningar

Vid besök på ortopedisk enhet för ställningstagande till operation ska röntgenundersökning vara tillgänglig. Röntgen av höft och bäcken bör göras med konventionell röntgenundersökning. Bäckebilden bör centreras tre till fyra centimeter kranialt om symfysen, med båda benen symmetriskt inåtroterade så att trochanter minor tangerar mediala cortex på femur [1, 2]. Av den aktuella höften tas en inviden höftfrontalbild centrerad över collum femoris med samma patientpositionering och en inskjuten höftaxialbild med det motsatta benet upplagt i ett stöd och i övrigt oförändrat kroppsläge [1, 2]. En Lauensteinbild kan inte ersätta en inskjuten höftaxialbild på ”rak sida”.

Vid beslut om operation vid besöket vid ortopedisk enhet kompletteras undersökningen med en lågt centrerad bäckenbild, centrerad cirka fem centimeter distalt om symfysen, där en mätkula, som ska vara 30 millimeter i diameter och där storleken ska anges i bilden, placerats mellan benen så långt proximalt som möjligt och på höftledernas nivå över undersökningsbordet [1, 2].

Postoperativ röntgen med frontal- och sidobild bör göras tidigt i det postoperativa förloppet [3].

Referenser bilaga A - Röntgenundersökningar

1. Movin A, Karlsson U. Skelettröntgenundersökningar: Handbok för röntgenpersonal: (Teckningar: Annika Wide-Kander: Omsl.: Ingmar Rudman): Svenska bokförlaget; 1969.
2. Svensk Ortopedisk Förening. Höft: Radiologisk undersökning vid proteskirurgi. 2006.
3. British Orthopaedic Association. Best Practice for Hip Arthroplasty Surgery Documentation 2019. Available from: <https://www.boa.ac.uk/resources/best-practice-hip-arthroplasty.html>.